

仕 様 書

1 件 名 : 低酸素ワークステーションの購入

2 製造会社 :
規格及び数量

製造会社	品名	規格	数量
DonWhitley Scientific	低酸素ワークステーション 【仕様内訳】 (1) 酸素濃度プログラミング・モニタリング機能 (2) マルチケーブルポート (3) 廃液ポート	H135 HEPA	1 式 1 式 2 1

3 特記事項

- (1) HEPA フィルター搭載であること
- (2) 内寸は、W1,000mm×H700mm×D700 (容量 800 L)以上及び庫内スペースの耐重量が 40 kg 以上であり、共焦点イメージサイトメーター (横河電機(株)CQ1)を庫内に設置して操作可能であること。
- (3) 脱着式前面パネル付属であること
- (4) 機器の架台が標準装備であること

4 納入期限 : 2026 年 3 月 27 日(金)

5 保証期間 : 納入後 1 年

6 納入場所 : 大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス C17 棟 211 号室

7 担当事業課 : 〒599-8531 大阪府堺市中区学園町 1 番 1 号
公立大学法人大阪 本部事務機構学術研究支援部
研究推進課 [TEL:072-254-9169](tel:072-254-9169)

8 そ の 他 : (1) 納入に関しては、事前に日時を報告の上、担当者と打合せのこと。
(2) 本仕様書について定めのない事項及び疑義が生じた場合は、事前に担当者を確認すること。